Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
ul. Krasińskiego 54/56, 01 – 755 Warszawa
tel. 261 852 689, fax 261 852 715
NIP: 118 – 00 – 59 - 744

Numer sprawy: **1/ZP/17** Warszawa 23.02.2017r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: dostawy sprzętu medycznego

w trybie przetargu nieograniczonego

ZATWIERDZAM

……

I. DOKŁADNE DANE ZAMAWIAJĄCEGO

<u>Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej</u>

- **adres: 01 – 755 Warszawa; ul. Krasińskiego 54/56**
- **numer NIP: 118 – 00 – 59 – 744**
- **REGON: 010132188**
- **bank (nazwa, oddział, nr konta): PEKAO S.A.**
  nr konta: 35 1240 6247 1111 0000 4976 2110
- **godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 08.00 – 15.00.**
- **adres strony Zamawiającego: www.wiml.waw.pl**

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) dalej „ustawa" lub „uPzp", o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia <u>powyżej 209 000 euro.</u>
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: **1/ZP/17.**
3. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wskazany wyżej numer postępowania we wszystkich dokumentach składanych do Zamawiającego dotyczących niniejszego postępowania.
4. W postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa uPzp. Zamawiający najpierw dokona ceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 uPzp) oraz kryteriów oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu medycznego.**
2. Przedmiot zamówienia podzielony został przez Zamawiającego na zadania, jednocześnie jest to podział na odrębne części:
   Zadanie nr 1 - Aparat do cięcia i koagulacji tkanek miękkich z autoklawowalnym oprzyrządowaniem wielorazowego użytku - 1 kpl.
   Zadanie nr 2 - Aparat ultrasonograficzny z sondą ultrabiomikroskopii- 1 kpl.
   Zadanie nr 3 - Elektroniczny panel optotypów - 1 kpl.
   Zadanie nr 4 - System wizualizacji do operacji wietreo-retinalnych - 1 kpl.
   Zadanie nr 5 - Tonometr aplanacyjny z odczytem elektronicznym - 1 kpl.
   Zadanie nr 6 - Tonometr bezkontaktowy- 1 kpl.
   Zadanie nr 7 - Zestaw toru wizyjnego do mikroskopu operacyjnego - 1 kpl.
   Zadanie nr 8 - Zestaw do mini inwazyjnej procedury mukopeksji i zamykania tętnic i splotów żylnych wraz z oprzyrządowaniem i zestawem proktoskopów- 1 kpl.
   Zadanie nr 9 - Unit laryngologiczny- 1 kpl.
   Zadanie nr 10 - System elektrochirurgiczny mono-bipolarny z funkcją zamykania naczyń z modułem argonowym - 1 kpl.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Sprzęt medyczny dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży.
5. Sprzęt medyczny dostarczony w ramach niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta).
6. Sprzęt medyczny musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
7. Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

8. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych **33100000-1 Urządzenia medyczne** – *dotyczy zadania nr 1-10.*
9. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na jedną lub dowolną liczbę części zamówienia.
10. Zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy w odniesieniu do jednej lub dowolnej liczby części zamówienia lub kilku wykonawcom w odniesieniu do jednej części zamówienia albo w odniesieniu do dowolnej liczby części zamówienia.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (składania ofert wariantowych).
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) lub art. 134 ust. 6 pkt 3).
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: **maksymalnie do 60 dni od dnia zawarcia umowy -** *dotyczy zadania nr 1-10.*

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
   1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12)–23) uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) i pkt. 8) uPzp;
   1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

   a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

   b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

   c) zdolności technicznej lub zawodowej.
   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 lit. b) i c) powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, , polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)–22) i ust. 5 pkt 1) ustawy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
   1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
   2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 3.

7. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 i dalej uPzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o których mowa w Rozdziale IX ust.1.

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
   1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
   2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
      a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.[7] lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
      b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
      c) skarbowe,
      d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
   3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2);
   4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
   5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
   6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
   7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w oparciu o przesłankę z art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) oraz w oparciu o przesłankę z art. 24 ust.5 pkt 8 uPzp, tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 4), chyba że wykonawca dokonał płatności należytych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VIII. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane na etapie składnia oferty).

IX. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. **Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Oświadczenie musi być złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia**, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego

formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej również „JEDZ". Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 5 do SIWZ**. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

UWAGA:
Zamawiający informuje, że w celu ułatwienia wypełnienia JEDZ, Urząd Zamówień Publicznych (dalej „UZP") udostępnił „Instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia" na stronie internetowej pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Forma dokumentu:
Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno być wypełnione zgodnie z instrukcją UZP oraz musi być złożone wraz z ofertą Wykonawcy w formie pisemnej.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający żąda od, Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w ust. 1 dotyczące tych podmiotów.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w ust. 1 dotyczące tych podmiotów. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ. Zamawiający żąda przedstawienia ww. dokumentów także dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp.
5. **Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.** Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 3** do **SIWZ.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
   Forma dokumentu:
   Oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być złożone w formie oryginału.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie **10 dni**, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
   1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający:
      a) **aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy** (zob. Rozdział VII ust. 1 pkt 2), pkt 3) SIWZ), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) **aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy** (zob. Rozdział VII ust. 1 pkt 10) SIWZ), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) **zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zob. Rozdział VII ust. 2 SIWZ);
d) **zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Ubezpieczenia Społecznego** albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zob. Rozdział VII ust. 2 SIWZ);
e) **odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (zob. Rozdział VII ust. 1 ust. 2 SIWZ),
f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zob. Rozdział VII ust. 1 pkt 4) SIWZ);
g) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zob. Rozdział VII ust. 1 pkt 11) SIWZ).

2) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa:
   a) Dokument potwierdzający, że oferowany w przetargu sprzęt medyczny spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 r., poz. 211 ze zm.):
      - dokument potwierdzający zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (o wprowadzeniu do obrotu lub do używania wyrobu) lub dokument potwierdzający dokonanie przeniesienia danych z dotychczasowego rejestr (druk zgłoszenia, powiadomienia, wniosek o przeniesienie danych lub urzędowe potwierdzenie wpisu do bazy danych prowadzone przez ww. Prezesa), jeśli przepisy ustawy o wyrobach medycznych wymagają zgłoszenia, powiadomienia lub przeniesienia danych, a w przypadku wyrobów nie podlegających temu obowiązkowi – oświadczenie o przyczynach braku zgłoszenia / powiadomienia / przeniesienia danych, z odpowiednim odwołaniem się do przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Forma dokumentów:
Dokumenty, o których mowa w ust. 6 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem oświadczeń wymienionych w przedmiotowym ustępie – oświadczenia te są składane w oryginale.

7. Powołując się na przepis art. 24aa. ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten uchylał się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
   1) o których mowa w ust. 6 pkt 1) lit. a) i b) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
   2) o których mowa w ust. 6 pkt 1) lit. c) - e) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
      a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
      b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 6 pkt 1 lit. a) i b), składa dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

13. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
14. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa ust. 14 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IX niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. Wszelką korespondencję kierowaną przez Wykonawców do Zamawiającego należy opisać numerem sprawy: **1/ZP/17.**
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: **Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 01 – 755 Warszawa.**
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: **bstos@wiml.waw.pl,** a faksem na nr **261 852 715.**
5. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: mgr Beata Stoś tel. 261 852 689, 261 852 309, poniedziałek – piątek, 08.00 – 15.00.
6. W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku lub zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej albo faxu, druga strona na żądanie strony przekazującej, niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania.
7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej zamawiającego: www.wiml.waw.pl
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
   1) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez Wykonawcę koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana oferty;
   2) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, faxu, adresu e-mail lub numeru sprawy;
4) okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie informacji dotyczących „rachunku prowadzonego w banku" oraz „numeru konta", na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

10. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następujących kwotach:

zadanie nr 1:	**3 100,00 zł**
zadanie nr 2:	**2 200,00 zł**
zadanie nr 3:	**185,00 zł**
zadanie nr 4:	**1 480,00 zł**
zadanie nr 5:	**550,00 zł**
zadanie nr 6:	**550,00 zł**
zadanie nr 7:	**925,00 zł**
zadanie nr 8:	**2 000,00 zł**
zadanie nr 9:	**3 700,00 zł**
zadanie nr 10:	**2 300,00 zł**

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
4. Termin wniesienia wadium upływa **06.04.2017r. o godz. 10.00.** Oznacza to, że w momencie otwarcia ofert na koncie Zamawiającego musi znaleźć się odpowiednia wartość wadium.
5. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
7. Wadium może być wnoszone:
   a) w pieniądzu,
   b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
   c) w gwarancjach bankowych,
   d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
   e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 2016r., poz. 359 z późn. zm.).
8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A., nr konta: **35 1240 6247 1111 0000 4976 2110.**
9. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku właściwego dokumentu nie należy łączyć w sposób trwały z ofertą (np. złożyć w oddzielnej kopercie). Jeżeli dokument potwierdzający wniesienie wadium będzie sporządzony w innym języku niż język polski, Wykonawca złoży tłumaczenie tego dokumentu na język polski potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
10. Wnoszone jako wadium poręczenie lub gwarancja muszą być bezwarunkowe, płatne na każde wezwanie Zamawiającego oraz muszą obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki

powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, a także obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ.

11. Wnoszone wadium musi być oznaczone dopiskiem: **„Wadium w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego – znak sprawy: 1/ZP/17”.**
12. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium w wyniku okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi **60 dni.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
   1) **formularz ofertowy**, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, jednak złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty;
   2) **formularz cenowy**, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, jednak złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza cenowego;
   3) **oświadczenia** wskazane w Rozdziale IX ust. 1 – 4 SIWZ.
   4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
   5) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji innego podmiotu. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści załączonych dokumentów powinien wynikać:
      a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
      b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
      c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
      d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.

3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.
4. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania.
5. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.
7. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania.
8. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte lub zbindowane).
9. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie. Koperta musi posiadać następujące oznaczenia:

- **OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO**
- **NIE OTWIERAĆ PRZED 06.04.2017r. godz. 11.00,**
- **NAZWA I ADRES WYKONAWCY,**
- **NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: WIML, ul. Krasińskiego 54/56, 01 – 755 Warszawa – PUNKT EWIDENCYJNY WIML bud. nr 2, pok. nr 37**

UWAGA:
Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jako oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy i nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. W przypadku wysłania koperty kurierem na opakowaniu firmy kurierskiej należy bezwzględnie umieścić informację, że jest to OFERTA w postepowaniu na: „Dostawę sprzętu medycznego".

10. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
11. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: **„Dostawa sprzętu medycznego"** oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem odpowiednio „ZMIANA" lub „WYCOFANIE". Do oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie o zmianie lub wycofaniu zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
13. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.
14. **Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.**

15. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
16. W ofercie Wykonawca poda:
    a) wartość netto oraz wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczoną zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu cenowym;
    b) wyrażony w dniach termin realizacji przedmiotu zamówienia;
    c) wyrażony w miesiącach termin gwarancji.
17. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) **powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „*tajemnica przedsiębiorstwa*"** dołączonej do oryginału oferty. Wykonawca w treści oferty, powinien umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on zastrzeżony oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
18. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
19. Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp **Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego,** czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Krasińskiego 54/56 bud. nr 2 w **Punkcie Ewidencyjnym WIML, pokój nr 37,** nie później niż do dnia **06.04.2017r.** do godz. **10.00.**
2. **Miejsce, data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą za pośrednictwem poczty, nie może przekraczać terminów wskazanych w pkt. XIV ppkt. 1.**
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia **06.04.2017r**. o godz. **11.00** w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Krasińskiego 54/56 budynek nr 5, sala konferencyjna (parter).
5. Wykonawcy oraz osoby trzecie mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.wiml.waw.pl informacje dotyczące:
    1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
    2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
    3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ i będzie wynikać z wypełnionego we wszystkich pozycjach formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Sposób obliczenia ceny: **ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT% = wartość brutto**.

3. Zaoferowana cena musi być podana w walucie polskiej, określona w sposób jednoznaczny i ostateczny, zawierać wszelkie oferowane przez Wykonawcę upusty i rabaty, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją umowy o zamówienie publiczne.
4. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
6. Cena oferowana przez Wykonawcę jest ostateczna, nie podlega negocjacjom i obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto, Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy ust. 7.
9. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2015 r. poz. 858 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku uiszczenia tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło).
10. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami (osobno dla każdego zadania):

Cena	**60% (60 pkt)**
Termin gwarancji	**20% (20 pkt)**
Termin realizacji zamówienia	**20% (20 pkt)**
Razem	**100% (100pkt)**

2. W kryterium **Cena (C)** najwyższą liczbę punktów, tj. 60 pkt., otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto spośród zakwalifikowanych ofert, a każda następna według poniższego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto spośród zakwalifikowanych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 60 \text{ pkt.}$$

3. W kryterium **Termin gwarancji (G)** (liczony w miesiącach) oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji, a każda następna według poniższego wzoru:

$$G = \frac{\text{termin gwarancji badanej oferty}}{\text{najdłuższy termin gwarancji}} \times 20\text{pkt}$$

   1) Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego terminu gwarancji i nie więcej niż 48 miesięcznego terminu gwarancji. Gwarancja liczona będzie od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.
   2) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu gwarancji lub wpisania mniej niż 24 miesięcy terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

4. W kryterium **Termin realizacji zamówienia (T)** (liczony w dniach) oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru:

$$T = \frac{\text{najkrótszy termin realizacji zamówienia}}{\text{termin realizacji zamówienia badanej oferty}} \times 20\text{pkt}$$

   1) Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia zawarcia umowy.
   2) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu realizacji zamówienia lub wpisania więcej niż 60 dni oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu i ta, która uzyska najwyższą sumę punktów przyznanych w kryterium ceny, terminu gwarancji i terminu realizacji zamówienia.
6. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Proponowane ceny nie podlegają zmianom ani negocjacjom.
8. Wybór najkorzystniejszej oferty: końcowa punktacja zostanie obliczona jako suma punktów kryterium pierwszego, kryterium drugiego i kryterium trzeciego.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy), który będzie stanowił załącznik do umowy.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem określonym w – **załączniku nr 4 do SIWZ.**
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

XXI. MOŻLIWOŚCI ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY DOKONYWANE ZA ZGODĄ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmiany do treści zawartej umowy w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji zamawianych urządzeń lub warunków wykonania, w następujących przypadkach:
   a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
   b) zmiany terminu realizacji umowy, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące;
   c) zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji - możliwość zaoferowania innego produktu o nie gorszych parametrach (dopuszcza się parametry wyższe oraz rozwiązania korzystniejsze dla Zamawiającego), w cenach nie przekraczających cen określonych w umowie;
   d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy;
   e) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom;
   f) siły wyższej.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XXII. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Załącznik nr 5 - Jednolity europejski dokument zamówienia

W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie
Ustawa: „Prawo Zamówień Publicznych" oraz Kodeks Cywilny

załącznik nr1
do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

.....
(telefon/ fax wykonawcy/ e-mail)

NIP....., REGON.....

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, nr sprawy: 1/ZP/17:

Ja (imię i nazwisko) ..... reprezentując

Wykonawcę (nazwa i adres) .....

……

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca:

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę*(niepotrzebne pozycje skreślić):

   Zadanie nr 1 - Aparat do cięcia i koagulacji tkanek miękkich z autoklawowalnym oprzyrządowaniem wielorazowego użytku - 1 kpl.

Wartość netto: .....

(słownie : .....)

Stawka podatku VAT %: ……

Wartość brutto: .....

(słownie : .....)

Zadanie nr 2 - Aparat ultrasonograficzny z sondą ultrabiomikroskopii- 1 kpl.

Wartość netto: .....

(słownie : .....)

Stawka podatku VAT %: ……

Wartość brutto: .....

(słownie : .....)

Zadanie nr 3 - Elektroniczny panel optotypów - 1 kpl.

Wartość netto: .....

(słownie : .....)

Stawka podatku VAT %: ……

Wartość brutto: .....

(słownie : .....)

Zadanie nr 4 - System wizualizacji do operacji wietreo-retinalnych - 1 kpl.

Wartość netto: .....

(słownie : .....)

Stawka podatku VAT %: ……

Wartość brutto: .....

(słownie : .....)

Zadanie nr 5 - Tonometr aplanacyjny z odczytem elektronicznym - 1 kpl.

Wartość netto: .....

(słownie : .....)

Stawka podatku VAT %: ……

Wartość brutto: .....

(słownie : .....)

Zadanie nr 6 - Tonometr bezkontaktowy- 1 kpl.

Wartość netto: .....

(słownie : .....)

Stawka podatku VAT %: ……

Wartość brutto: .....

(słownie : .....)

Zadanie nr 7 - Zestaw toru wizyjnego do mikroskopu operacyjnego - 1 kpl.

Wartość netto: .....

(słownie : .....)

Stawka podatku VAT %: ……

Wartość brutto: .....

(słownie : .....)

Zadanie nr 8 - Zestaw do mini inwazyjnej procedury mukopeksji i zamykania tętnic i splotów żylnych wraz z oprzyrządowaniem i zestawem proktoskopów- 1 kpl.

Wartość netto: .....

(słownie : .....)

Stawka podatku VAT %: ……

Wartość brutto: .....

(słownie : .....)

Zadanie nr 9 - Unit laryngologiczny- 1 kpl.

Wartość netto: .....

(słownie : .....)

Stawka podatku VAT %: ……

Wartość brutto: .....

(słownie : .....)

Zadanie nr 10 - System elektrochirurgiczny mono-bipolarny z funkcją zamykania naczyń z modułem argonowym - 1 kpl.

Wartość netto: .....

(słownie : .....)

Stawka podatku VAT %: ……

Wartość brutto: .....

(słownie : .....)

2. Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

3. **Udziela …….. miesięcznej gwarancji** (min. 24 miesiące) od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy *(dot. zadania nr 1-10)*.
4. Oferuje **termin realizacji zamówienia ……. dni** (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia zawarcia umowy) *(dot. zadania nr 1-10)*.
5. Informuje, że wybór oferty:
   a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*;
   b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług* (niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnic jeśli dotyczy):

L.p.	Nazwa towaru	Wartość towaru netto (bez podatku VAT)

6. Uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
7. Zapoznał się z warunkami postępowania oraz wzorem umowy i akceptuje warunki postępowania oraz warunki opisane we wzorze umowy.
8. Oświadcza, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy bez wnoszenia zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. **Oświadcza, że zamówienie wykona w całości samodzielnie/ następujące części zamówienia powierzy podwykonawcom** *(niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnic jeśli dotyczy):

Część przedmiotu zamówienia powierzana do wykonania podwykonawcy	Nazwa podwykonawcy

10. Zgodnie z Rozdz. IX ust. 11 SIWZ wskazuje dostępność poniżej wskazanych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:

Nazwa oświadczenia lub dokumentu (lub odpowiednie odesłanie do dokumentu wymaganego w SIWZ np. Rozdz. IX ust.6 SIWZ)	Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych

11. Informacje dotyczące Wykonawcy:

Informacje ogólne[1]:	**Odpowiedź[2]:**
Czy Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem?	[] Tak [] Nie
Czy Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem ?	[] Tak [] Nie

[1] Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 10 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 2 milionów EUR**.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 50 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 10 milionów EUR**.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR**
[2] Zaznaczyć właściwe.

12. Ofertę niniejszą składa na ……. kolejno ponumerowanych stronach.
13. Oświadcza, że informacje i dokumenty wymienione w ……, zawarte na stronach od …… do …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzega, że nie mogą być udostępnione.**

*** Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje w Ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*

14. Informacja o banku i nr konta, na które Zamawiający zwróci wadium:

Nazwa Wykonawcy: .....

Nazwa banku: .....

Nr konta: .....

15. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:
    1) (imię i nazwisko) ..... (zajmowane stanowisko).....
    2) (imię i nazwisko)..... (zajmowane stanowisko).....

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. .....
2. .....

(…)

_____, dnia _____

_____

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

załącznik nr 2
do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Zadanie 1 - Aparat do cięcia i koagulacji tkanek miękkich z autoklawowalnym oprzyrządowaniem wielorazowego użytku - 1 kpl.

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	**Aparat do cięcia i koagulacji tkanek miękkich z autoklawowalnym oprzyrządowaniem wielorazowego użytku**	1 kpl.				
Razem						

Pełna nazwa urządzenia, typ lub model	
Producent, podać pełną nazwę i adres	

Lp.	PARAMETRY URZĄDZENIA	WARTOŚĆ WYMAGANA	PARAMETR WYMAGANY	POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRU WYMAGANEGO (TAK/NIE)
WYMAGANIA OGÓLNE				
1.	Oferowany aparat do cięcia i koagulacji tkanek miękkich fabrycznie nowy, rok produkcji 2017, nie rekondycjonowany, nie powystawowy.	Tak	Wymagane	
2.	Generator przeznaczony do pracy z wielorazowymi przetwornikami piezoelektrycznymi oraz wielorazowymi, ultradźwiękowymi narzędziami chirurgicznymi przeznaczonymi do cięcia i koagulacji tkanki miękkiej w chirurgii laparoskopowej i klasycznej, jak również w chirurgii laryngologicznej, ginekologicznej, urologicznej oraz w obrębie klatki piersiowej.	Tak	Wymagane	

3.	Częstotliwość pracy generatora 23,5 kHz / 47 kHz.	Tak	Wymagane	
4.	Maksymalna moc wyjściowa generatora 100 W (moc stała), 150 W (moc interwałowa)	Tak	Wymagane	
5.	Akustyczna sygnalizacja pracy generatora. Sygnały dźwiękowe przyporządkowane do poszczególnych trybów pracy generatora.	Tak	Wymagane	
6.	Graficzna sygnalizacja pracy generatora.	Tak	Wymagane	
7.	Generator oraz przetwornik piezoelektryczny współpracuje z 2 częściowymi , wielorazowymi, autoklawowalnymi nożyczkami ultradźwiękowymi, w tym z przyłączem HF.	Tak	Wymagane	
8.	Panel przedni generatora wyposażony w gniazdo do podłączenia przetwornika piezoelektrycznego oraz gniazdo do podłączenia sterowania ręcznego.	Tak	Wymagane	
9.	Sterowanie pracą generatora za pomocą włącznika nożnego z dwoma przyciskami lub opcjonalnie włącznika ręcznego montowanego do rękojeści narzędzia; Przycisk 'MAX' do aplikacji 100% mocy, Przycisk 'VAR' z możliwością manualnego wyboru mocy wedle preferencji użytkownika w przedziale 10%-100%	Tak	Wymagane	
10.	przewody zasilające oraz sterownik nożny – 1 zestaw	Tak	Wymagane	
Oprzyrządowanie noża ultradźwiękowego				
11.	Wielorazowe, autoklawowalne nożyczki ultradźwiękowe laparoskopowe, śr. 5 mm, długość robocza 34 cm – 4 szt.	Tak	Wymagane	
12.	Wielorazowe, autoklawowalne nożyczki ultradźwiękowe bariatryczne, śr. 5 mm, długość robocza 45 cm – 2 szt.	Tak	Wymagane	
13.	Autoklawowalny przetwornik piezoelektryczny do nożyczek ultradźwiękowych z rozłączalnym przewodem – 3 szt.	Tak	Wymagane	
14.	Tace do sterylizacji w autoklawie – 4 szt.	Tak	Wymagane	
15.	Klucz dynamometryczny – 6 szt.	Tak	Wymagane	
16.	Adapter do myjni automatycznej – 6 szt.	Tak	Wymagane	

Zadanie nr 2 - Aparat ultrasonograficzny z sondą ultrabiomikroskopii - 1 kpl.

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	**Aparat ultrasonograficzny z sondą ultrabiomikroskopii**	1 kpl.				
Razem						

Pełna nazwa urządzenia, typ lub model	
Producent, podać pełną nazwę i adres	

Lp.	PARAMETRY URZĄDZENIA	WARTOŚĆ WYMAGANA	PARAMETR WYMAGANY	POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRU WYMAGANEGO (TAK/NIE)
WYMAGANIA OGÓLNE				
1.	Oferowany aparat ultrasonograficzny fabrycznie nowy, rok produkcji 2017, nie rekondycjonowany, nie powystawowy.	Tak	Wymagane	
USG okulistyczne				
2.	Dotykowy panel sterowania z możliwością bezpośredniego wyboru funkcji	Tak	Wymagane	
Obrazowanie B – skan				
3.	Minimum 256 odcieni szarości	Tak	Wymagane	
4.	Zakres regulacji wzmocnienia od 20 do 110 dB	Tak	Wymagane	
5.	Regulacja wzmocnienia przedniego odcinka T.G.C. od 0 do 30 dB	Tak	Wymagane	

6.	Regulacja dynamiki od 25 do 90 dB	Tak	Wymagane	
7.	Zapis sekwencji wideo z możliwością odtwarzania obraz po obrazie do. 40 sek.	Tak	Wymagane	
8.	Pamięć obrazów limitowana tylko pojemnością dysku twardego	Tak	Wymagane	
9.	Narzędzia do obróbki obrazu:	Tak	Wymagane	
10.	- filtry algorytmiczne i kolor	Tak	Wymagane	
11.	- pomiary: odległości, pola powierzchni, kąta	Tak	Wymagane	
12.	- znaczniki i komentarze	Tak	Wymagane	
13.	- pomiary AOD 500 i 750, IT 750 i 2000, TIA, ARA 500 i 750, TISA 500 i 750, LV	Tak	Wymagane	
Sonda B				
14.	Częstotliwość przetwornika 10 MHz	Tak	Wymagane	
15.	Ruch skaningowy przetwornika realizowany szyną magnetyczną	Tak	Wymagane	
16.	Kąt eksploracji min. 50°	Tak	Wymagane	
17.	Głębokość eksploracji 20 do 60 mm	Tak	Wymagane	
18.	Zakres ogniskowej 21 do 25 mm	Tak	Wymagane	
19.	Rozdzielczość osiowa 150 µm	Tak	Wymagane	
20.	Rozdzielczość poprzeczna 300 µm	Tak	Wymagane	
21.	Prędkość akwizycji obrazów 16 Hz	Tak	Wymagane	
Sonda UBM				
22.	Częstotliwość przetwornika 50 MHz	Tak	Wymagane	
23.	Linowy (równoległy) ruch przetwornika realizowany szyną magnetyczną	Tak	Wymagane	
24.	Szerokość eksploracji min. 16 mm	Tak	Wymagane	
25.	Zakres ogniskowej 9 do 11 mm	Tak	Wymagane	
26.	Rozdzielczość osiowa 35 µm	Tak	Wymagane	
27.	Rozdzielczość poprzeczna 60 µm	Tak	Wymagane	
Sonda A - biometria				
28.	Częstotliwość przetwornika 11 MHz	Tak	Wymagane	
29.	Zasięg głowicy 40/80 mm	Tak	Wymagane	
30.	Ilość punktów pomiarowych na osi X min. 2048 punktów	Tak	Wymagane	
31.	Sonda biometrii ze światłem fiksacyjnym	Tak	Wymagane	

Kalkulacja IOL				
32.	Pamięć min. po 10 pomiarów dla każdego oka	Tak	Wymagane	
33.	Wbudowane wzorce rozpoznawania dla implantów z PMMA, Acrylic, Silikon	Tak	Wymagane	
34.	Prędkość rozchodzenia się dźwięku nastawialna dla każdego segmentu	Tak	Wymagane	
35.	Wbudowane w program formuły do kalkulacji:	Tak	Wymagane	
36.	- SRK-II,	Tak	Wymagane	
37.	- SRK-T	Tak	Wymagane	
38.	- Holladay	Tak	Wymagane	
39.	- Binkhorst-II	Tak	Wymagane	
40.	- Hoffer-Q	Tak	Wymagane	
41.	- Haigis	Tak	Wymagane	
42.	Wbudowane w program formuły do kalkulacji IOL u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej rogówki:	Tak	Wymagane	
43.	- regresji Shammas'a	Tak	Wymagane	
44.	- regresji Rosa	Tak	Wymagane	
45.	- podwójnej K/SRK-T (formuła dr Aramberri),	Tak	Wymagane	
46.	- metoda soczewek kontaktowych	Tak	Wymagane	
47.	- history derived (dla pacjentów ze znaną refrakcją przedoperacyjną),	Tak	Wymagane	
48.	- refraction derived (dla pacjentów z nieznaną refrakcją przedoperacyjną)	Tak	Wymagane	
49.	Wyświetlanie na ekranie jednocześnie czterech różnych kalkulacji IOL	Tak	Wymagane	
Zarządzanie Danymi				
50.	Wbudowana baza do przechowywania danych lekarzy i pacjentów	Tak	Wymagane	
51.	Eksport obrazów i sekwencji filmowych na nośniki zewnętrzne	Tak	Wymagane	
52.	Raportowanie w postaci cyfrowej i drukowanej	Tak	Wymagane	
53.	Kompatybilność z drukarkami PC, drukarkami Video na USB	Tak	Wymagane	
54.	Możliwość rozszerzenia opcji urządzenia o współpracę z systemem DICOM	Tak	Wymagane	

Opcje Dodatkowe				
55.	Możliwość rozbudowy urządzenia o sondę B z przetwornikiem o częstotliwości min.20 MHz do badań tylnego odcinka oka	Tak	Wymagane	
Komputer PC				
56.	dysk o pojemności min. 1 TB	Tak	Wymagane	
57.	pamięć operacyjna min. 8 GB	Tak	Wymagane	
58.	System operacyjny min. Windows 7	Tak	Wymagane	
59.	Dysk zewnętrzny do archiwizacji bazy min. 1 TB	Tak	Wymagane	
60.	Monitor kolorowy min.21” o rozdzielczości min. 1920 × 1080	Tak	Wymagane	
61.	Drukarka laserowa kolor	Tak	Wymagane	
	Stolik Jezdny			
62.	Stolik jezdny pod urządzenie	Tak	Wymagane	

Zadanie nr 3 - Elektroniczny panel optotypów - 1 kpl.

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	**Elektroniczny panel optotypów**	1 kpl.				
Razem						

Pełna nazwa urządzenia, typ lub model	
Producent, podać pełną nazwę i adres	

Lp.	PARAMETRY URZĄDZENIA	WARTOŚĆ WYMAGANA	PARAMETR WYMAGANY	POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRU WYMAGANEGO (TAK/NIE)
WYMAGANIA OGÓLNE				
1.	Oferowany panel optotypów fabrycznie nowy, rok produkcji 2017, nie rekondycjonowany, nie powystawowy.	Tak	Wymagane	
2.	Wyświetlacz: LCD 17-inch SXGA (1280 x 1024 pixels)	Tak	Wymagane	
3.	Jasność: 200 ±50 cd/m^2	Tak	Wymagane	
4.	Optotypy - zakres: Decimal: 0.04 do 2.0 20f: 500 do 10 6 m: 150 do 3	Tak	Wymagane	
5.	Rodzaje optotypów: T, PhM, P, K, Wielka Brytania, G +, G, U, K, ISO	Tak	Wymagane	

6.	Regulowana odległość od pacjenta 2.5 m do 6 m, skokowo co 0.5 m	Tak	Wymagane	
7.	Automatycznie kalibrowana wielkość optotypów zgodnie z wybraną odległością roboczą	Tak	Wymagane	
8.	Badanie widzenia kontrastu	Tak	Wymagane	
9.	Pomiar wrażliwości na kontrast w trzech poziomach poniżej normalnego progu	Tak	Wymagane	
10.	Losowe wyświetlanie optotypów	Tak	Wymagane	
11.	Funkcja odwrotności kolorów	Tak	Wymagane	
12.	Test obuoczny: Red-green, Prism	Tak	Wymagane	
13.	Sterowanie przez pilota	Tak	Wymagane	
14.	Gniazdo SD card	Tak	Wymagane	
15.	Pobór mocy: 100 VA	Tak	Wymagane	
16.	Zasilanie: AC 100 to 240 V	Tak	Wymagane	

Zadanie nr 4 - System wizualizacji do operacji wietreo-retinalnych - 1 kpl.

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	**System wizualizacji do operacji wietreo-retinalnych**	1 kpl.				
Razem						

Pełna nazwa urządzenia, typ lub model	
Producent, podać pełną nazwę i adres	

Lp.	PARAMETRY URZĄDZENIA	WARTOŚĆ WYMAGANA	PARAMETR WYMAGANY	POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRU WYMAGANEGO (TAK/NIE)
WYMAGANIA OGÓLNE				
1.	Oferowany oftalmoskop operacyjny fabrycznie nowy, rok produkcji 2017, nie rekondycjonowany, nie powystawowy.	Tak	Wymagane	
2.	Kompletna optyka do obserwacji dna oka	Tak	Wymagane	
3.	Zintegrowany inwerter obrazu	Tak	Wymagane	
4.	Jednoczesna obserwacja dna oka i obszaru nacięć	Tak	Wymagane	
5.	Pozycja odchylona do szybkiej inspekcji przedniego odcinka	Tak	Wymagane	
6.	Centralna pozycja pod mikroskopem	Tak	Wymagane	
7.	Dźwignie lub pokrętła do ogniskowania obrazu z obu stron korpusu	Tak	Wymagane	
8.	Wewnętrzne ogniskowanie w pełnym zakresie od siatkówki do górnej części szklistki, bez zmiany odległości soczewki od rogówki	Tak	Wymagane	

9.	Soczewki na wygodnym złączu bagnetowym, do szybkiej zmiany	Tak	Wymagane	
10.	Soczewki, adapter z zawieszeniem, pokrętła, osłona korpusu do sterylizacji w autoklawie	Tak	Wymagane	
11.	dostosowany do ogniskowej mikroskopu 175mm lub 200mm	Tak	Wymagane	
12.	Soczewka standardowa do dna oka i soczewka szerokokątna	Tak	Wymagane	
13.	Trzy komplety obłożeń do sterylizacji w autoklawie	Tak	Wymagane	
14.	Przystosowany do współpracy z posiadanym mikroskopem Hi-R 900 firmy Moeller-Wedel	Tak	Wymagane	

Zadanie nr 5 - Tonometr aplanacyjny z odczytem elektronicznym - 1 kpl.

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	**Tonometr aplanacyjny z odczytem elektronicznym**	1 kpl.				
Razem						

Pełna nazwa urządzenia, typ lub model	
Producent, podać pełną nazwę i adres	

Lp.	PARAMETRY URZĄDZENIA	WARTOŚĆ WYMAGANA	PARAMETR WYMAGANY	POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRU WYMAGANEGO (TAK/NIE)
WYMAGANIA OGÓLNE				
1.	Oferowany tonometr fabrycznie nowy, rok produkcji 2017, nie rekondycjonowany, nie powystawowy.	Tak	Wymagane	
2.	Możliwość montażu do lamby typu Zeiss lub typu Haa-Streit	Tak	Wymagane	
3.	Symultaniczny pomiar następujących parametrów: - wartości aplanacji - wartości siły użytej do uzyskania tej aplanacji	Tak	Wymagane	
4.	Brak konieczności stosowania fluoresceiny do pomiaru	Tak	Wymagane	
5.	Wynik w postaci cyfrowej prezentowany na wyświetlaczu LCD	Tak	Wymagane	
6.	Kontrola jakości pomiaru	Tak	Wymagane	
7.	Brak konieczności kalibracji	Tak	Wymagane	
8.	Możliwość montażu uchwytu pozwalającego na pomiar ręczny oraz u pacjenta leżącego	Tak	Wymagane	
9.	Walizka umożliwiająca łatwy transport	Tak	Wymagane	

Zadanie nr 6 - Tonometr bezkontaktowy - 1 kpl.

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	**Tonometr bezkontaktowy**	1 kpl.				
Razem						

Pełna nazwa urządzenia, typ lub model	
Producent, podać pełną nazwę i adres	

Lp.	PARAMETRY URZĄDZENIA	WARTOŚĆ WYMAGANA	PARAMETR WYMAGANY	POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRU WYMAGANEGO (TAK/NIE)
WYMAGANIA OGÓLNE				
1.	Oferowany tonometr fabrycznie nowy, rok produkcji 2017, nie rekondycjonowany, nie powystawowy.	Tak	Wymagane	
2.	Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego: 1 do 60 mmHG (skok 1 mmHg)	Tak	Wymagane	
3.	Zakres pomiaru: Średnie wskazanie 1 mmHg / krok: 0.1 mmHg	Tak	Wymagane	
4.	Tryb pomiaru: 2 tryby: 1-30 mmHg / 1-60 mmHg	Tak	Wymagane	
5.	Automatyczne rozpoznawanie badanego oka (prawe/lewe)	Tak	Wymagane	
6.	Możliwość uzyskania średniej z 3 pomiarów	Tak	Wymagane	
7.	System znaczników graficznych ułatwiających pomiar manualny	Tak	Wymagane	
8.	Możliwość umieszczenia na wydruku identyfikatora pacjenta	Tak	Wymagane	
9.	Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed dotknięciem badanego oka, system dźwiękowy sygnalizujący zbyt małą odległość głowicy od badanego oka	Tak	Wymagane	

10.	Możliwość obliczenia skorygowanego ciśnienia wewnątrzgałkowego w oparciu o wpisanie grubości rogówki	Tak	Wymagane	
11.	Monitor: LCD 8.5" WVGA kolorowy dotykowy	Tak	Wymagane	
12.	Wbudowana wewnętrzna drukarka	Tak	Wymagane	
13.	Przesył danych: USB (import), RS232C (export), LAN (export)	Tak	Wymagane	
14.	Wymiary max: 317-341mm x 521-538mm x 437-467mm	Tak	Wymagane	
15.	Waga max.: 14 Kg	Tak	Wymagane	
16.	Zasilanie: 100-240V AC, 50-60Hz, 30-70VA	Tak	Wymagane	

Zadanie nr 7 - Zestaw toru wizyjnego do mikroskopu operacyjnego - 1 kpl.

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	**Zestaw toru wizyjnego do mikroskopu operacyjnego**	1 kpl.				
Razem						

Pełna nazwa urządzenia, typ lub model	
Producent, podać pełną nazwę i adres	

Lp.	PARAMETRY URZĄDZENIA	WARTOŚĆ WYMAGANA	PARAMETR WYMAGANY	POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRU WYMAGANEGO (TAK/NIE)
WYMAGANIA OGÓLNE				
1.	Oferowana kamera fabrycznie nowa, rok produkcji 2017, nie rekondycjonowana, nie powystawowa.	Tak	Wymagane	
2.	Cyfrowa kamera medyczna z sterownikiem oraz adapterem montażowym	Tak	Wymagane	
3.	Progresywny przetwornik kamery 1/2.8”CMOS	Tak	Wymagane	
4.	Dedykowane oprogramowanie do obsługi zastosowanego przetwornika	Tak	Wymagane	
5.	System mocowania kamery: C-Mount	Tak	Wymagane	
6.	Rozdzielczość sygnału wyjściowego (sygnały równoległe): 1080p/60p; 1080p/50p; 1080i/60i; 1080i/50i; 720p/60p; 720p/50p; SD(NTSC); SD(PAL)	Tak	Wymagane	
7.	Wyjścia sygnałowe: HDMI; HD-SDI (3G), S-Video, Video out, Gen lock	Tak	Wymagane	

8.	Możliwość podłączenia/rozłączenia kamery ze sterownikem kamery bez konieczności wyłączenia zasilania	Tak	Wymagane	
9.	Sterowanie funkcjami kamery realizowane za pomocą pojedynczego przycisku	Tak	Wymagane	
10.	Porty sterowania zewnętrznego RS232-C, LAN Ethernet (serwis)	Tak	Wymagane	
11.	Rozdzielczość: 950 linii TV	Tak	Wymagane	
12.	Stosunek sygnału do szumu 54 dB	Tak	Wymagane	
13.	Czułość 2000lx, F5.6, 3200K	Tak	Wymagane	
14.	Automatyczna kontrola jasności: priorytet przesłony lub priorytet wzmocnienia; Rodzaje masek: brak maski; S Circle; M Circle; L Circle, manualna	Tak	Wymagane	
15.	Szybkość przesłony: automatyczna (automatyczna kontrola jasności) lub manualna (1/6 do 1/10000)	Tak	Wymagane	
16.	Balans bieli: automatyczny (jedno naciśniecie/ czas rzeczywisty) lub manualny	Tak	Wymagane	
17.	Możliwość zaprogramowania 5 profili ustawień	Tak	Wymagane	
18.	Możliwość konfiguracji następujących parametrów: Gain, Enhancment, Gamma, Knee, Black stretch, Wide dynamic range, White clip, Dynamic noise reduction, Chrominance gain, Black level	Tak	Wymagane	
19.	Tryby wyświetlania: Obraz w obrazie, obraz rzeczywisty, kolorowe pasy/skala szarości/linie poprzeczne	Tak	Wymagane	
20.	Odwrócenie obrazu: odwrócenie lub/ i odwrócenie lustrzane	Tak	Wymagane	
21.	Wymiary kamery: 37x45x50mm, waga 100g	Tak	Wymagane	
22.	Wymiary sterownika kamery: 170x44x160mm, waga 600g	Tak	Wymagane	
23.	Zasilanie prąd stały 12V ±20%, pobór prądu <10W	Tak	Wymagane	

24.	Obudowa pokryta antybakteryjną powłoką z domieszką srebra	Tak	Wymagane	
25.	Pilot do zdalnego sterowania pracujący w paśmie IR	Tak	Wymagane	
26.	Dedykowany adapter umożliwiający integrację posiadanego mikroskopu Moeller Wedel z cyfrową kamerą medyczną.	Tak	Wymagane	

Zadanie nr 8 - Zestaw do mini inwazyjnej procedury mukopeksji i zamykania tętnic i splotów żylnych wraz z oprzyrządowaniem i zestawem proktoskopów - 1 kpl.

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	**Zestaw do mini inwazyjnej procedury mukopeksji i zamykania tętnic i splotów żylnych wraz z oprzyrządowaniem i zestawem proktoskopów**	1 kpl.				
Razem						

Pełna nazwa urządzenia, typ lub model	
Producent, podać pełną nazwę i adres	

Lp.	PARAMETRY URZĄDZENIA	WARTOŚĆ WYMAGANA	PARAMETR WYMAGANY	POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRU WYMAGANEGO (TAK/NIE)
WYMAGANIA OGÓLNE				
1.	Oferowany zestaw fabrycznie nowy, rok produkcji 2017, nie rekondycjonowany, nie powystawowy.	Tak	Wymagane	
2.	**Wielorazowy aparat do detekcji tętnic hemoroidalnych wykorzystujący zjawisko Dopplera - 3 szt:**	Tak	Wymagane	
3.	- Średnica Aparatu 23 cm, wysokość aparatu 6 cm.	Tak	Wymagane	
4.	-Aparat umożliwiający detekcję tętnic hemoroidalnych z pomocą dołączanej jednorazowej sondy.	Tak	Wymagane	
5.	- Aparat wyposażony w 3 punktowe źródła światła typu LED.	Tak	Wymagane	
6.	- Aparat bezprzewodowy, wyposażony w trzy ramiona ułatwiające manipulację.	Tak	Wymagane	
7.	- Aparat wyposażony w transmiter Bluetooth.	Tak	Wymagane	

8.	- Aparat przygotowany do współpracy z dopplerowskimi sondami jednorazowymi.	Tak	Wymagane	
9.	- Aparat wyposażony w pojemnik na 2 akumulatory AAA.	Tak	Wymagane	
10.	- Aparat przystosowany do 50 sterylizacji parowych.	Tak	Wymagane	
11.	Głośnik bezprzewodowy z technologią Bluetooth do sparowania z aparatem	Tak	Wymagane	
12.	**Sonda jednorazowa do: detekcji i podszywania tętnic hemoroidalnych oraz do jednoczasowej mukopeksji. Sonda do użycia z aparatem z pkt. 2 – 150 szt.**	Tak	Wymagane	
13.	- Sonda o kształcie walca o długości około 105 mm i średnicy obszaru roboczego max 23 mm.	Tak	Wymagane	
14.	- Sonda wyposażona w przetwornik dopplerowski o częstotliwości 8,2 MHz.	Tak	Wymagane	
15.	- Sonda wyposażona w okienko umożliwiające wykonanie podszycia tętnicy hemoroidalnej.	Tak	Wymagane	
16.	**Nici chirurgiczne – 15 opk.**	Tak	Wymagane	
17.	- Nici wchłanialne, rozmiar 2/0, igła 5/8 okręgu, długość 75 cm	Tak	Wymagane	
18.	Narzędzia chirurgiczne (imadło wraz z popychaczem węzłów) dedykowane do sondy z pkt. 12 – 2 kpl.	Tak	Wymagane	
19.	- Imadło i popychacz węzłów o długości i średnicy przystosowane do podszywania i mukopeksji z użyciem jednorazowej sondy z punktu 12 Narzędzia do sterylizacji parowej.	Tak	Wymagane	

Zadanie nr 9 - Unit laryngologiczny- 1 kpl.

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	Unit laryngologiczny	1 kpl.				
Razem						

Pełna nazwa urządzenia, typ lub model	
Producent, podać pełną nazwę i adres	

Lp.	PARAMETRY URZĄDZENIA	WARTOŚĆ WYMAGANA	PARAMETR WYMAGANY	POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRU WYMAGANEGO (TAK/NIE)
WYMAGANIA OGÓLNE				
1.	Unit laryngologiczny fabrycznie nowy, rok produkcji 2017, nie rekondycjonowany, nie powystawowy.	Tak	Wymagane	
	Unit laryngologiczny 2 modułowy			
2.	Unit laryngologiczny modułowy zbudowany min. z 2 modułów: funkcyjnego i narzędziowego	Tak	Wymagane	
3.	Całość – konstrukcja i moduły – wykonane ze stali pokrytej farbą proszkową. Unit przejezdny, wyposażony w kółka w tylnej części modułu z możliwością dostawy aparatury w wybranym przez Zamawiającego dowolnym kolorze z palety kolorów RAL	Tak	Wymagane	
4.	Całość – moduły oraz pozostałe systemy i funkcje zamontowane na ramie wyposażonej w kółka	Tak	Wymagane	
	Moduł funkcyjny	Tak	Wymagane	

5.	Moduł podstawowy-funkcyjny z wbudowanym wyświetlaczem typu LED sygnalizującym błędy pracy systemem kodów cyfrowych informujących o awarii modułu na wyświetlaczu z systemem sprawdzającym poprawność działania podłączeń unitu przy każdym uruchomieniu, z wbudowanym szybkim podgrzewaczem do lusterek z funkcją automatycznego wyłączania. Sygnalizacja błędów: za niskiego ciśnienia wody, błąd zasilania bloku grzewczego, błąd czujnika temperatury, błąd obwodów bezpieczeństwa na płycie głównej, błąd zwarcia regulatora czujnika temperatury.	Tak	Wymagane	
6.	Autotest modułu funkcyjnego po każdym uruchomieniu. Sygnalizacja za pomocą diod LED minimum następujących błędów układowych: błąd pracy pompy sprężonego powietrza, błąd pompy ssącej, błąd pompy rotacyjnej, błąd pompy zrzutu ścieków, błąd modułu zasilania pamięci płyty głównej.	Tak	Wymagane	
7.	Możliwość rozbudowy w dowolnym momencie o system podłączenia do wody bieżącej do systemu irygacji ucha z systemem ciągłego przepływu wody przez układ podgrzewający wody w zakresie od 36 do 38 stopni Celsjusza	Tak	Wymagane	
8.	Możliwość rozbudowy o podłączenie do kanalizacji wraz z systemem do automatycznego usuwania nieczystości słoja ssaka do kanalizacji	Tak	Wymagane	
9.	System ssania o wydajności min 40l/min z podciśnieniem min – 91kPa uruchamiany automatycznie po podjęciu drenu ssaka, ze słojem zbiorczym na nieczystości nietłukącym o pojemności min 1,25l. System wyposażony w minimum trzy zabezpieczenia antyprzelewowe w tym elektroniczny czujnik fotokomórkowy.	Tak	Wymagane	

10.	System przepłukiwania i dezynfekcji drenu ssaka – uruchomienie automatyczne poprzez przyłożenie drenu ssaka. Ręcznie uzupełniany słój na wodę dedykowaną do czyszczenia drenu ssaka. W zestawie środek rozpuszczający m.in. białka i lipidy. Możliwość rozbudowy o system do podłączenia do wody bieżącej wraz z automatycznym uzupełnianiem wody	Tak	Wymagane	
11.	Moduł posiadający półkę boczną z mocowaniem miski do płukania ucha	Tak	Wymagane	
12.	Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie drenu ssaka, wycięcie na ucho małe oraz duże - 1 sztuka	Tak	Wymagane	
13.	Moduł boczny wyposażony w min. 3 pary kuwet do dezynfekcji i przetrzymywania optyk sztywnych. Metalowe kuwety do przechowywania endoskopów sztywnych, posiadające teflonowe nakładki do przetrzymywania optyk o średnicy do 4 mm (3 szt.), plastikowe kuwety do dezynfekcji endoskopów posiadające teflonowe adaptery do dezynfekcji optyk o średnicy do 4 mm (3 szt.) w Module zintegrowane dwukanałowe źródło światła LED	Tak	Wymagane	
14.	Źródło światła LED ze zintegrowanymi dwoma uchwytami światłowodów z włącznikiem (ON/OFF) jednego z kanałów źródła światła, zintegrowany z uchwytem na lampę nagłowną, który uruchamia lampę po zdjęciu z wieszaka. Możliwość ręcznego uruchamiania światła za pomocą włącznika oraz automatycznie po zdjęciu światłowodu z uchwytu. System posiadający dwa niezależne kanały z wejściem światłowodu typu „Storz”. Jasność źródła światła LED min. 160-210 klx o mocy 250 W i żywotności min. 50 000 h.	Tak	Wymagane	
15.	Moduł boczny wyposażony w min. 1 parę kuwet do dezynfekcji i przetrzymywania optyk giętkich	Tak	Wymagane	
16.	Szybki podgrzewacz lusterek, uruchamiany przyciskiem, czas nagrzewania do 15s, automatycznie wyłączany po 15 s	Tak	Wymagane	
17.	System płukania ucha nie wymagający podłączenia do bieżącej wody	Tak	Wymagane	
18.	System sprężonego powietrza z kompresorem min. 2 bar	Tak	Wymagane	

19.	Min. 3 pojemniki do leków: 2 proste i 1 z regulacją kierunku rozprysku	Tak	Wymagane	
20.	Komputer stacjonarny (parametry; procesor min. i3, RAM min 4GB, HDD min 320GB) plus klawiatura. Karta video do akwizycji obrazu. Klawiatura z touchpadem	Tak	Wymagane	
21.	Monitor min 24”	Tak	Wymagane	
22.	Komputerowy program do tworzenia bazy danych pacjentów z wyszukiwarką pacjentów. Zapis pojedynczych zdjęć. Zapis sekwencji video. Eksportowanie video/zdjęć do dowolnego pliku.	Tak	Wymagane	
23.	Lampa nagłowna bezprzewodowa LED zasilana bateriami AA, z czasem pracy min. 2,5h, z regulacją wielkości plamki świetlnej w zakresie min. 25-70 mm (przy pracy w odległości 30 mm), temperaturą barwową 5700K	Tak	Wymagane	
24.	Uchwyt na lampę nagłowną	Tak	Wymagane	
25.	Endoskop nosowy o średnicy 4 mm, długości 175 mm±5mm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalny	Tak	Wymagane	
26.	Endoskop nosowy o średnicy 4 mm, długości 175 mm±5mm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalny	Tak	Wymagane	
27.	Endoskop uszny o średnicy 4mm, długości 50 mm±5mm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalny	Tak	Wymagane	
28.	Wszystkie optyki mogą być sterylizowane metodą termiczną (para nasycona w zakresie temperatur 121st. C, 134st. C)	Tak	Wymagane	
29.	Uchwyt monitora mocowany do modułu funkcyjnego	Tak	Wymagane	
30.	Kamera medyczna podłączana do portu USB komputera, ze sterownikiem elektronicznym wbudowanym w głowicę; wyposażona w sensor typu CCD1/3” (rozdzielczość min. 752(V) x 582(H)), z filtrem mozaikowym oraz systemem mikrosoczewek z optycznym filtrem dolnoprzepustowym; wyposażona w 2 przyciski funkcyjnymi; maksymalna waga głowicy bez kabla: 150 g, długość max. 140 mm; maksymalny pobór mocy: 2,2W, z typem ochrony obudowy min. IP67	Tak	Wymagane	
31.	Uchwyt na głowicę kamery	Tak	Wymagane	

32.	Możliwość rozbudowy unitu o moduł endoskopowy zawierający: - Wyposażony w min 3 źródła światła halogenowego o czasie świecenia min 300godzin z systemem tzw. miękkiego startu przedłużającego żywotność żarówek halogenowych, z regulacją mocy świecenia w zakresie od 70 do 100% z sygnalizacją diodową upłynięcia 90% żywotności żarnika halogenowego - Kamera medyczna wbudowaną w moduł endoskopowy, z głowicą kamery CCD 1/3" , rozdzielczość przynajmniej 752 x 582 wyposażoną regulację ostrości poprzez pierścień na głowicy i zoomem optycznym realizowanym za pomocą dwóch przycisków do zmniejszania i zwiększania wartości zoom. Przewód głowicy kamery mocowany do głowicy pod kątem 90st. W kamerze port zasilający do podłączenia dodatkowego źródła światła typu LED. Sterownik z minimum dwoma wyjściami: s-video i HDMI. Kamera wyposażona w minimum 3 przyciski wyboru rodzaju używanej optyki oraz minimum 4 przyciski do wyboru rodzaju oświetlenia w tym: xenon, halogen, światło stroboskopowe	Tak	Wymagane	
33.	Możliwość wyposażenia unitu w moduł endoskopowy z dwoma niezależnymi kanałami z wejściem światłowodu typu „Storz" z jasnością źródła światła LED min. 160-210 klx o mocy 250 W i żywotności min. 50 000 h z włącznikiem (ON/OFF) kanałów źródła światła.	Tak	Wymagane	
	Moduł narzędziowy	Tak	Wymagane	
34.	Moduł jednokolumnowy: wysuwany dezynfekowalny blat roboczy, 1 szuflada do przechowywania klawiatury, 1 szuflada do przechowywania czystych narzędzi (z systemem cichego domyku), 1 szuflada z pojemnikiem na brudne narzędzia (pojemnik otwarty), śmietniczka otwierana nogą (funkcja otwierania przyciskowego).	Tak	Wymagane	
35.	Moduł o wymiarach w zakresie: (wys. x szer. x dł.) = 850-900 x 620-650 x 500-550, zamykany roletą	Tak	Wymagane	

36.	Dodatkowy poziom przechowywania narzędzi – wysuwany do przodu	Tak	Wymagane	
	Fotel dla pacjenta	Tak	Wymagane	
37.	Fotel laryngologiczny z płynnym obrotem fotela wokół własnej osi w zakresie 360º z możliwością zablokowania w pozycjach co 90º z tapicerką wykonaną z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne	Tak	Wymagane	
38.	Regulacja wysokości siedziska fotela w zakresie min od 500 do 700 mm – zmiana wysokości o min. 200 mm – regulacja odbywa się za pomocą przycisków wmontowanych w podstawę fotela	Tak	Wymagane	
39.	Regulacja pochylenia oparcia fotela w zakresie min od -5º do +90º - gdzie jako 0º należy rozumieć pozycję vertykalną oparcia, a +90º pozycję horyzontalną. Siedzisko znajdujące się na stałe w pozycji 0º	Tak	Wymagane	
40.	Wysokość oparcia min. 860 mm	Tak	Wymagane	
41.	Podłokietniki z możliwością składania	Tak	Wymagane	
42.	Przestrzeń zajmowana przez fotel na podłodze nie większa niż 630 mm x 680 mm – w pozycji siedzącej	Tak	Wymagane	
	Krzesło lekarza	Tak	Wymagane	
43.	Krzesło lekarza z regulacją wysokości w zakresie min od 530 do 720 mm	Tak	Wymagane	
44.	Obrót o 360º, możliwość zablokowania w dowolnym położeniu	Tak	Wymagane	
45.	Możliwość dezynfekcji krzesła	Tak	Wymagane	

46.	**Mikroskop diagnostyczny, laryngologiczny na kolumnie zintegrowanej z unitem,** obiektyw f = 250 mm, okulary mikroskopu 12,5 x Oświetlenie główne i awaryjne prowadzone światłowodem – halogenowe 100 W System szybkiej wymiany przepalonej żarówki – bez konieczności użycia narzędzi Płynna regulacja natężenia oświetlenia – pokrętło regulacji w zasięgu ręki operatora – regulacja bez konieczności odrywania oczu od mikroskopu System automatycznego wyłączenia oświetlenia w spoczynkowym położeniu ramienia mikroskopu Pięciostopniowy zmieniacz powiększeń, min 0,4x; 0,6x; 1,0x; 1,6x; 2,5x Tubus prosty Zakres korekcji okularów +5/-8 D Możliwość rozbudowy o układ optyczny zintegrowany w obudowie głowicy do podłączenia kamery endoskopu wyposażonej w szybkozłącze bez adapterów pośrednich Zintegrowany filtr bezczerwienny i pomarańczowy Możliwość zintegrowania kamery HD o rozdzielczości 1080p (1920x1080 pikseli) z chipem całkowicie zintegrowanym w obudowie głowicy (fabryczne wbudowanie w optykę głowicy), bez zewnętrznych adapterów w sposób umożliwiający wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika do podłączenia dodatkowych akcesoriów, sterownik zintegrowany w obudowie statywu, przewód sygnałowy zintegrowany w obudowie ramienia nośnego i uchylnego, wyjście HDMI.	Tak	Wymagane	
47.	Rama spinająca moduły wraz z kolumną do mocowania mikroskopu.	Tak	Wymagane	
48.	Autoryzacja serwisowa na terenie Polski na wszystkie elementy unitu	Tak	Wymagane	
49.	Potwierdzenie parametrów technicznych oryginalnymi materiałami producenta (instrukcje obsługi, katalogi)	Tak	Wymagane	

50.	We wszystkich parametrach dotyczących możliwości rozbudowy unitu, przedstawienie oryginalnych materiałów producenta – oryginalna instrukcja obsługi	Tak	Wymagane	

Zadanie nr 10 - System elektrochirurgiczny mono-bipolarny z funkcją zamykania naczyń z modułem argonowym - 1 kpl.

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	**System elektrochirurgiczny mono-bipolarny z funkcją zamykania naczyń z modułem argonowym**	1 kpl.				
Razem						

Pełna nazwa urządzenia, typ lub model	
Producent, podać pełną nazwę i adres	

Lp.	PARAMETRY URZĄDZENIA	WARTOŚĆ WYMAGANA	PARAMETR WYMAGANY	POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRU WYMAGANEGO (TAK/NIE)
WYMAGANIA OGÓLNE				
1.	Oferowany system elektrochirurgiczny fabrycznie nowy, rok produkcji 2017, nie rekondycjonowany, nie powystawowy.	Tak	Wymagane	
2.	Aparat - diatermia chirurgiczna mon i bipolarna z bipolarnym zamykaniem dużych naczyń i przystawką argonową na wózku.	Tak	Wymagane	
3.	Kolorowy wyświetlacz TFT do komunikacji aparat – użytkownik. Komunikacja w języku polskim	Tak	Wymagane	
4.	Możliwość zapamiętania min. 70 programów i zapisania ich pod nazwą procedury i nazwiskiem operatora	Tak	Wymagane	

5.	Układ monitorowania kontaktu elektrody neutralnej jednorazowej dzielonej monitorujący: - kontakt elektrody z wyświetlaniem informacji liczbowej o wartości oporności połączenia - orientację elektrody neutralnej względem elektrody aktywnej - układ kontroli czasu aktywacji	Tak	Wymagane	
6.	Monitor mocy z możliwością wizualizacji na wyświetlaczu	Tak	Wymagane	
7.	Moc cięcia monopolarnego min. 300 [W]	Tak	Wymagane	
8.	Możliwość prowadzenia cięcia monopolarnego z min. 3 różnymi trybami pracy: delikatny, intensywny, osuszający-wysokohemostatyczny	Tak	Wymagane	
9.	Możliwość prowadzenia cięcia monopolarnego w osłonie argonu z min. 3 różnymi trybami pracy: delikatny, intensywny,	Tak	Wymagane	
10.	Możliwość regulacji hemostazy tkanki w skali przynajmniej 8-stopniowej podczas cięcia monopolarnego każdego w/w rodzaju (nie dotyczy regulacji mocy)	Tak	Wymagane	
11.	Możliwość wyboru rodzaju koagulacji monopolarnej min.: łagodna, forsowna, preparująca, natryskowa	Tak	Wymagane	
12.	Możliwość wyboru rodzaju koagulacji monopolarnej w osłonie argonu: łagodna, forsowna, preparująca, natryskowa	Tak	Wymagane	
13.	Możliwość regulacji intensywności działania koagulacji monopolarnej każdego w/w rodzaju (nie dotyczy regulacji mocy)	Tak	Wymagane	
14.	Moc cięcia bipolarnego min. 100W	Tak	Wymagane	
15.	Możliwość regulacji hemostazy tkanki w skali przynajmniej 8-stopniowej podczas cięcia bipolarnego	Tak	Wymagane	
16.	Moc koagulacji monopolarnej min. 200 [W], moc koagulacji monopolarnej typu natryskowego min 120[W]	Tak	Wymagane	
17.	Moc koagulacji bipolarnej min. 120 [W]	Tak	Wymagane	
18.	Możliwość regulacji intensywności działania koagulacji bipolarnej w skali min. 6-stopniowej (nie dotyczy regulacji mocy)	Tak	Wymagane	
19.	Możliwość pracy koagulacji bipolarnej w trybie auto start z programowanym opóźnieniem czasowym	Tak	Wymagane	
20.	Możliwość aktywacji funkcji monopolarnych i bipolarnych przez jeden sterownik nożny – bez konieczności dodatkowej regulacji z panelu aparatu (łącznie z cięciem bipolarnym)	Tak	Wymagane	

21.	Aktywacja koagulacji monopolarnej z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej	Tak	Wymagane	
22.	Sterowanie intensywnością cięcia i koagulacji oraz możliwość zmiany trybów pracy przy pomocy włącznika nożnego lub uchwytu do koagulacji i cięcia	Tak	Wymagane	
23.	Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń o średnicy do 7mm włącznie Skuteczność zamykania naczyń do 7mm potwierdzona załączonym do oferty dokumentem medycznych z badań porównawczych.	Tak	Wymagane	
24.	Możliwość pracy koagulacją monopolarną i bipolarną w trybie auto stop, włączającym aktywację po uzyskaniu efektu hemostazy	Tak	Wymagane	
25.	Dokładność regulacja mocy maksymalnej dla cięcia i koagulacji monopolarnej W w całym zakresie regulacji	Tak	Wymagane	
26.	Dokładność regulacja mocy maksymalnej dla cięcia i koagulacji bipolarnej W w całym zakresie regulacji	Tak	Wymagane	
27.	Wykrywania nieprawidłowej pracy - sygnalizacja wizualna z komunikatami w języku polskim oraz dźwiękowa w połączeniu z wyłączeniem aparatu	Tak	Wymagane	
28.	Liczba i rodzaj gniazd przyłączeniowych: - monopolarne – min.1 szt. - bipolarne –min. 2 szt. - wielofunkcyjne rozpoznające przyłączone narzędzia – min. 1 szt. - elektrody neutralnej – 1 szt. - argonowe – 1 szt. Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi: - monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowych śr. 4mm i 5 mm oraz trzypinowych - bipolarnych w systemie wtyczek koaksjalnych oraz dwupinowych o rozstawie standardu 29 mm	Tak	Wymagane	
29.	Wymienne moduły gniazd przyłączeniowych umożliwiające zmianę konfiguracji aparatu	Tak	Wymagane	
30.	Przystawka argonowa do koagulacji i cięcia w osłonie argonu; w komplecie z reduktorem z 2 butlami 5 l z argonem	Tak	Wymagane	
31.	Sterowanie parametrami przystawki argonowej z diatermii z wyświetlaniem parametrów na ekranie diatermii	Tak	Wymagane	

32.	Automatyczne rozpoznawanie i ustawienia parametrów pracy narzędzi argonowych po ich przyłaczeniu do aparatu	Tak	Wymagane	
Wyposażenie aparatu:				
33.	Wózek pod aparaturę z zamykaną szafką na butle argonowe	Tak	Wymagane	
34.	Podwójny włącznik nożny wodoodporny z funkcją zamiany programów	Tak	Wymagane	
35.	Pojedynczy włącznik nożny wodoodporny z funkcją zamiany programów	Tak	Wymagane	
36.	Uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami cięcia i kagulacji z kablem – 5 szt.	Tak	Wymagane	
37.	Zestaw elektrod monopolarnych składający się z elektrod: szpatułkowej, wymiary ostrza 3-4mm, dł. do 25mm, elastycznej dł. – 5 szt., lancetowej szer. 15mm, prostej – 5 szt., igłowej śr. 0,6-0,8mm, prostej – 5 szt., igłowej śr. 0,5mm x 3mm, dł. całk.do 40mm, zagietej – 5 szt. kulkowej o średnicy 4 [mm] -5 szt. kulkowej o średnicy 2 [mm] -5 szt. kulkowej o średnicy 2 [mm], długości 110-120mm -1 szt.	Tak	Wymagane	
38.	Wielorazowe bipolarne klemy do zamykania naczyń do 7mm średnicy, końcówki wąskie, zakrzywione, z elementami przytrzymującymi tkankę, wygięte, dł. 15-16 cm – 2 szt. Dopuszcza się narzędzia jednorazowe lub z elementami jednorazowymi zapewniające wykonanie 50 zabiegów	Tak	Wymagane	
39.	Pęseta bipolarna prosta dł. 12-13 cm, końcówka szer. 0,6-0,7mm wykonana z materiału nieprzywierającego, w komplecie z kablem – 1szt.	Tak	Wymagane	
40.	Pęseta bipolarna bagnetowa dł. 15-16 cm, końcówka szer. 0,6-0,7mm wykonana z materiału nieprzywierającego, w komplecie z kablem – 2 szt.	Tak	Wymagane	
41.	Pęseta bipolarna bagnetowa dł. 19-20 cm, końcówka szer. 0,6-0,7mm wykonana z materiału nieprzywierającego, w komplecie z kablem – 2 szt.	Tak	Wymagane	
42.	Pęseta bipolarna bagnetowa dł. 22-23 cm, końcówka szer. 0,6-0,7mm wykonana z materiału nieprzywierającego, w komplecie z kablem – 1szt.	Tak	Wymagane	
43.	Elektroda bipolarna do koagulacji małżowin nosowych, wkłuwana, dł. 100-110mm, zakrzywiona – 1szt.	Tak	Wymagane	
44.	Uchwyt elektrod argonowych z przyciskami i kablem, wielorazowy – 2szt.	Tak	Wymagane	

45.	Wielorazowa elektroda monopolarna z funkcją koagulacji argonowej, z wysuwana szpatułką, dł. 30-35 cm – 2szt.	Tak	Wymagane	
46.	Wielorazowa elektroda monopolarna z funkcją koagulacji argonowej, z wysuwana szpatułką, dł. 90-100 cm – 1szt.	Tak	Wymagane	
47.	Wielorazowa elektroda monopolarna z funkcją koagulacji argonowej, dł. 90-100 cm, elastyczna – 2 szt.	Tak	Wymagane	
48.	Wielorazowa elektroda monopolarna z funkcją koagulacji argonowej, dł. 110-120mm, średnicy do 2,5mm, z wypływem osiowym gazu– 2szt.	Tak	Wymagane	
49.	Wielorazowa elektroda monopolarna z funkcją koagulacji argonowej, dł. 110-120mm, średnicy do 2,5mm, z wypływem gazu prostopadłym do osi – 2 szt.	Tak	Wymagane	
50.	Wielorazowa elektroda monopolarna z funkcją koagulacji argonowej, dł. 220-240mm, średnicy do 2,5mm, z wypływem gazu prostopadłym do osi – 2 szt.	Tak	Wymagane	
51.	Elektroda neutralna wielorazowa o powierzchni min, 500 cm2 dla dorosłych z 2 pasami mocującymi i zapinkami oraz kablem – 1szt.	Tak	Wymagane	
52.	Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej – 2 szt.	Tak	Wymagane	
53.	Elektroda neutralna jednorazowa, symetrycznie dzielona o powierzchni 85 - 90cm2 z pierścieniem rozpraszającym odizolowanym od połówek elektrody – 400 szt.	Tak	Wymagane	

_____, dnia _____

_____
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

załącznik nr 3
do SIWZ

Wykonawca:

……..……...…

……

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

……..……

……..……...…
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp)

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczam że:

1. **nie należę *)** do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.
2. **należę*)** do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wraz z następującymi uczestnikami postępowania: ……..….
   …….……..…

_____, dnia _____

_____
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

***)**niepotrzebne skreślić

załącznik nr 4
do SIWZ

(WZÓR)
UMOWA NR ……

W dniu **……** w Warszawie, pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000180451, mającym swoją siedzibę w Warszawie, kod pocztowy 01-755, przy ul. Krasińskiego 54/56, (NIP 118–00–59–744, REGON 010132188) zwanym dalej „Zamawiającym",
reprezentowanym przez: **płk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA - BARTCZAK – Dyrektor,**

a:
…….
zwanym dalej „Wykonawcą",
reprezentowanym przez: ……..

łącznie zwane dalej Stronami,

w wyniku przeprowadzenia, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), nazywanej dalej: „ustawą", w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę sprzętu medycznego,** została zawarta Umowa o następującej treści:

Zapisy umowy do uzupełnienia/modyfikacji przed podpisaniem umowy, w zależności od tego, którego (-ych) zadań będzie dotyczyć umowa.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego, numer sprawy 1/ZP/17.**
2. Przedmiotem umowy jest dostawa i przeniesienie własności: **…….** – zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot niniejszej umowy jest nowy i nieużywany.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot niniejszej umowy będzie wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
5. Wykonawca potwierdza, że oferowany przedmiot umowy w dniu składania ofert nie był przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

§ 2
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, wg cen jednostkowych określonych w złożonej ofercie cenowej.
2. Wartość netto umowy wynosi: **……..…** (słownie: ……..).
3. Wartość brutto umowy wynosi: **……** (słownie: ……).
   **Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podaje się kwotę netto.*
4. Rozliczenie finansowe dostawy nastąpi, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie zapłacona w ciągu **30 dni** od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia Faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru**.**

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu, rozładowania i uruchomienia, szkoleń oraz przeglądów okresowych i gwarancji.
6. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika.
7. Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich.
8. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, jeżeli taka forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z § 4 ust. 2.
9. Wykonawca wystawi fakturę na urządzenie o nazwie i jednostce miary identycznej jak w postępowaniu przetargowym.

§ 3
TERMIN I WARUNKI WYKONANIA

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie **…… dni od dnia zawarcia umowy** tj. do dnia **……** (w dniu roboczym - Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.). Szczegółowy termin dostawy oraz szkolenia zostanie ustalony przez Wykonawcę z Zamawiający z 3-dniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy dostarczy urządzenie do siedziby Zamawiającego, dokona jego uruchomienia oraz przeszkoli wyznaczony personel Zamawiającego (min. 3 osoby), w zakresie administrowania, konserwacji i obsługi urządzenia – przed uruchomieniem w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia dostawy. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności, będzie protokół odbioru. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wskazówek w zakresie administrowania, konserwacji i obsługi urządzenia także w trakcie jego eksploatacji, w miarę zgłaszanych potrzeb.
3. Odbiór zostanie dokonany przez komisję powołaną Rozkazem Dyrektora Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Dzień podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru jest dniem sprzedaży i stanowi podstawę do wystawienia faktury.
4. Urządzenie medyczne musi być oznaczone znakiem CE.
5. Na mocy niniejszej umowy, bez konieczności wręczania odrębnego dokumentu gwarancji, Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela **…….. miesięcznej** gwarancji, której termin rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru towaru. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady. Wszystkie przeglądy techniczne w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego.
6. W okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na pełnowartościowy, w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego, które może być dokonane drogą elektroniczną na adres: **……**, faksem na nr: **……** lub w formie pisemnej. Zmiana danych kontaktowych, o których mowa powyżej nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna względem Zamawiającego od momentu poinformowania o zmianie.
7. Wszystkie przeglądy techniczne w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego. Przeglądy techniczne będą wykonywane raz na rok.
8. Zgłoszenia napraw realizowane będą 24h/dobę, 365 dni w roku.
9. Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa" – w terminie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie. Za działanie wliczone do czasu reakcji uważa się również kontakt telefoniczny przedstawiciela serwisu lub działanie zdalne.
10. Maksymalny czas usunięcia awarii nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – do 5 dni roboczych. W ciągu 96 godzin od momentu zgłoszenia awarii zostanie dostarczony aparat zastępczy. Dostarczenie aparatu zastępczego o niegorszych parametrach powoduje nie naliczanie kar umownych za przekroczenie czasu naprawy.
11. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego, na piśmie w terminie do 24 godzin, o potrzebie sprowadzenia części z zagranicy.
12. Maksymalny czas usunięcia awarii wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – do 10 dni roboczych. W ciągu 96 godzin od momentu zgłoszenia awarii zostanie dostarczony aparat zastępczy. Dostarczenie aparatu zastępczego o niegorszych parametrach powoduje nie naliczanie kar umownych za przekroczenie czasu naprawy.

13. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu, tego samego rodzaju powodująca jego wymianę na nowy nie może przekroczyć 3 napraw. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu, tego samego rodzaju powodująca jego wymianę na nowy przekroczy 3 naprawy, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe.
14. W przypadku napraw trwających dłużej niż 7 dni, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.
15. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi (w formie papierowej i elektronicznej) i dowód urządzenia (paszport) w dniu dostawy, wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim.
16. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą przez cały okres trwania umowy jest **por. mgr Paweł Wojtas**, **tel.: 725 880 029.**
17. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym przez cały okres trwania umowy jest **p. …… tel.: …….**
18. Zmiana osób, o których mowa w ust. 16 i 17 lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o powyższych zmianach pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.
19. Wykonawca powierzy części zamówienia podwykonawcom – wykaz podwykonawców wraz z zakresem wykonywanych przez nich dostaw stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy *(jeżeli dotyczy).*
20. Wykonawca wykona zamówienie w całości samodzielnie *(jeżeli dotyczy).*

§ 4
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
   1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto, o której mowa w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
   2) za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% wartości brutto, o której mowa w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 10 i 12;
   3) za niewykonanie przeglądu okresowego, o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy, w wysokości 5% wartości kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3;
   4) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn, leżących po Stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3;
   5) Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto w przypadku innego niż powyżej nienależytego wykonania umowy.
2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego.
3. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
   1) Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania dostawy określonego w zamówieniu - w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu określonego zamówieniu;
   2) Wykonawca trzykrotnie dostarczył materiały wadliwe lub w inny sposób niezgodne z umową - w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu określonego zamówieniu;
   3) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, nienależycie lub nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu określonego w wezwaniu.
   4) jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności albo wszczęto wobec niego postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe bądź naprawcze – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;
   5) jeżeli wydano postanowienie o wszczęciu egzekucji z majątku Wykonawcy lub zabezpieczeniu

majątku Wykonawcy na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

6) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp – w terminie do 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;
7) jeżeli suma kar umownych, o których mowa w §4 ust. 1 przekroczy 20% łącznej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 3 – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;
8) jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;
9) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, chyba, że dla danego przypadku określono w umowie inny termin odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie.
6. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 5
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmiany do treści zawartej umowy w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji zamawianych urządzeń lub warunków wykonania, w następujących przypadkach:
   a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
   b) zmiany terminu realizacji umowy, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące;
   c) zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji - możliwość zaoferowania innego produktu o nie gorszych parametrach (dopuszcza się parametry wyższe oraz rozwiązania korzystniejsze dla Zamawiającego), w cenach nie przekraczających cen określonych w umowie;
   d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy;
   e) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom;
   f) siły wyższej.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6
KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, jakie Strony powzięły lub powezmą, zwłaszcza wszelkie informacje techniczne, technologiczne lub handlowe, będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę. W szczególności, Strony oświadczają, że zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszelkich dokumentów, opracowań, materiałów i innych informacji wyrażonych pisemnie lub w jakiejkolwiek innej formie, w tym także informacji przekazywanych lub udostępnianych w ramach bezpośrednich, roboczych kontaktów przedstawicieli Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących umowy. Strony

umowy będą związane klauzulą poufności bezterminowo. Ujawnienie informacji przez drugą Stronę wymaga każdorazowej akceptacji Właściciela informacji.

2. Odbiorca informacji będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych informacji w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z ważnego nakazu sądowego lub polecenia urzędowego wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Odbiorca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela.
3. Odbiorca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji, o których mowa powyżej, także w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji poufnych Odbiorca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela.
4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do zachowania w poufności wszystkich informacji związanych z realizacją niniejszego zamówienia, obowiązuje od momentu nawiązania pierwszego kontaktu pomiędzy Stronami.
5. Obowiązek poufności, wynikający z ust. 1, nie obejmuje informacji powszechnie znanych oraz informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
6. Materiały udostępnione do wglądu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy. Wszelkie kopie tych materiałów muszą zostać zniszczone po wykonaniu umowy, a oryginały powinny zostać zwrócone Stronie/Właścicielowi Informacji niezwłocznie po ich wykorzystaniu.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy w przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Egz. 1 - Pion Głównego Księgowego
Egz. 2 - Sekcja Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych
Egz. 3 - Wykonawca

Załączniki:
Załącznik nr .....– ……

ZAMAWIAJĄCY	**WYKONAWCA**
.....	……
.....	……

załącznik nr 5
do SIWZ

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia[3]. **Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia[4] w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:**
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego[5]	**Odpowiedź:**
Nazwa:	**Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej** **ul. Krasińskiego 54/56** **01 – 755 Warszawa** NIP:118 – 00 – 59 – 744 REGON: 010132188 adres strony Zamawiającego: **www.wiml.waw.pl**
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	***Odpowiedź:***
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia[6]:	**Dostawa sprzętu medycznego**
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (*jeżeli dotyczy*)[7]:	**1/ZP/17**

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

[3] Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.
[4] W przypadku **instytucji zamawiających**: **wstępne ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo **ogłoszenie o zamówieniu**.
W przypadku **podmiotów zamawiających**: **okresowe ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, **ogłoszenie o zamówieniu** lub **ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania**.
[5] Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.
[6] Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.
[7] Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	**Odpowiedź:**
Nazwa:	[ ]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[ ] [ ]
Adres pocztowy:	[……]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów[8]: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (*jeżeli dotyczy*):	[……] [……] [……] [……]
Informacje ogólne:	**Odpowiedź:**
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem[9]?	[] Tak [] Nie
<u>Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone[10]:</u> czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”[11] lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? **Jeżeli tak,** jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	[] Tak [] Nie […] [….]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy
Jeżeli tak:	

[8] Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

[9] Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 10 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 2 milionów EUR**.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 50 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 10 milionów EUR**.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR**.

[10] Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

[11] Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie[12]: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? **Jeżeli nie:** **Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.** **WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:** e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……]
Rodzaj uczestnictwa:	**Odpowiedź:**
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami[13]?	[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.	
Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	a): [……] b): [……] c): [……]
Części	**Odpowiedź:**
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których)	[ ]

[12] Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
[13] Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

wykonawca zamierza złożyć ofertę.	

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:	
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	**Odpowiedź:**
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[……], [……]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[……]
Adres pocztowy:	[……]
Telefon:	[……]
Adres e-mail:	[……]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[……]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	**Odpowiedź:**
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – **dla każdego** z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V[14].

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	**Odpowiedź:**
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?	[] Tak [] Nie Jeżeli **tak i o ile jest to wiadome**, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji **wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.**

[14] Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w **organizacji przestępczej**[15];
2. **korupcja**[16];
3. **nadużycie finansowe**[17];
4. **przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną**[18]
5. **pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu**[19]
6. **praca dzieci** i inne formy **handlu ludźmi**[20].

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:	**Odpowiedź:**
Czy w stosunku do **samego wykonawcy** bądź **jakiejkolwiek** osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, **wydany został prawomocny wyrok** z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?	[] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……][21]
Jeżeli tak, proszę podać[22]: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; **c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:**	a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……][23]
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej	[] Tak [] Nie

[15] Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

[16] Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

[17] W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

[18] Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

[19] Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

[20] Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

[21] Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

[22] Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

[23] Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia[24] („samooczyszczenie”)?	
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki[25]:	[……]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	**Odpowiedź:**	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich **obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne**, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	[] Tak [] Nie	
	Podatki	**Składki na ubezpieczenia społeczne**
Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie **decyzji** sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, **o ile została w nim bezpośrednio określona**, długość okresu wykluczenia: 2) w **inny sposób**? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?	a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie – [] Tak [] Nie – [……] – [……] c2) […] d) [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……]	a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie – [] Tak [] Nie – [……] – [……] c2) […] d) [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……]
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[26] [……][……][……]	

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI[27]

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.	
Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych	**Odpowiedź:**

[24] Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

[25] Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

[26] Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

[27] Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

Czy wykonawca, **wedle własnej wiedzy**, naruszył **swoje obowiązki** w dziedzinie **prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy**[28]?	[] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie")? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]
Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) **zbankrutował**; lub b) **prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe** lub likwidacyjne; lub c) zawarł **układ z wierzycielami**; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych[29]; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? **Jeżeli tak:** – Proszę podać szczegółowe informacje: – Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej[30]. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[] Tak [] Nie – [……] – [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]
Czy wykonawca jest winien **poważnego wykroczenia zawodowego**[31]? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	[] Tak [] Nie [……] **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]
Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami **porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji**? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	[] Tak [] Nie […] **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]
Czy wykonawca wie o jakimkolwiek **konflikcie interesów**[32] spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	[] Tak [] Nie […]

[28] O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

[29] Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

[30] Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

[31] W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

[32] Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą **doradzał(-o)** instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób **zaangażowany(-e) w przygotowanie** postępowania o udzielenie zamówienia? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	[] Tak [] Nie […]
Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została **rozwiązana przed czasem**, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	[] Tak [] Nie […] **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]
Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego **wprowadzenia w błąd** przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie **zataił** tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?	[] Tak [] Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	**Odpowiedź:**
Czy mają zastosowanie **podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym** określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][33]
W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki:	[] Tak [] Nie [……]

[33] Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:	
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	**Odpowiedź**
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	[] Tak [] Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.	
Kompetencje	**Odpowiedź**
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy[34]: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[…] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest **posiadanie** określonego **zezwolenia lub bycie członkiem** określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: […] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.	
Sytuacja ekonomiczna i finansowa	**Odpowiedź:**
1a) Jego („ogólny”) **roczny obrót** w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący**:** **i/lub** 1b) Jego **średni** roczny **obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[35] (**):** Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót)**:** [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]
2a) Jego roczny („specyficzny”) **obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem** i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: **i/lub** 2b) Jego **średni** roczny **obrót w**	rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót)**:** [……], [……] […] waluta

[34] Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

[35] Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[36]: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:	[……]
4) W odniesieniu do **wskaźników finansowych[37]** określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y[38] – oraz wartość): [……], [……][39] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]
5) W ramach **ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego** wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]
6) W odniesieniu do **innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych**, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która **mogła** zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.	
Zdolność techniczna i zawodowa	**Odpowiedź:**
1a) Jedynie w odniesieniu do **zamówień publicznych na roboty budowlane**: W okresie odniesienia[40] wykonawca **wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju**: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]
1b) Jedynie w odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi**: W okresie odniesienia[41] wykonawca **zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju**: Przy sporządzaniu	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis | Kwoty | Daty | Odbiorcy [ ] [ ] [ ] [ ]

36 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
37 Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
38 Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
39 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
40 Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.
41 Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych[42]:	
2) Może skorzystać z usług następujących **pracowników technicznych lub służb technicznych**[43], w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:	[……] [……]
3) Korzysta z następujących **urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości**, a jego **zaplecze naukowo-badawcze** jest następujące:	[……]
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy **zarządzania łańcuchem dostaw** i śledzenia łańcucha dostaw:	[……]
5) **W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:** Czy wykonawca **zezwoli** na przeprowadzenie **kontroli**[44] swoich **zdolności produkcyjnych** lub **zdolności technicznych**, a w razie konieczności także dostępnych mu **środków naukowych i badawczych**, jak również **środków kontroli jakości**?	[] Tak [] Nie
6) Następującym **wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi** legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: **lub** (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:	a) [……] b) [……]
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące **środki zarządzania środowiskowego**:	[……]
8) Wielkość **średniego rocznego zatrudnienia** u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące	Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……]
9) Będzie dysponował następującymi **narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi** na potrzeby realizacji zamówienia:	[……]
10) Wykonawca **zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom**[45] następującą **część (procentową)** zamówienia:	[……]
11) W odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy**: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy	[] Tak [] Nie

[42] Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

[43] W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

[44] Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

[45] Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]
12) W odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy**: Czy wykonawca może przedstawić wymagane **zaświadczenia** sporządzone przez urzędowe **instytuty** lub agencje **kontroli jakości** o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.	
Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	**Odpowiedź:**
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić **zaświadczenia** sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych **norm zapewniania jakości**, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić **zaświadczenia** sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych **systemów lub norm zarządzania środowiskowego**? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące **systemów lub norm zarządzania środowiskowego** mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	**Odpowiedź:**
W następujący sposób **spełnia** obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:	[….]
W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla **każdego** z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:	[] Tak [] Nie[47]
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej[46], proszę wskazać dla **każdego** z nich:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][48]

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim[49], lub
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.[50], instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

---

46 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.
47 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
48 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
49 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.
50 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.